

分析报告单

检验专用章  
(1)

品名: 无水乙酸钠  
批号: 20140506  
级别: 分析纯  
检验依据: GB/T 694-1995  
分子式:  $\text{CH}_3\text{COONa}$   
分子量: 82.03  
检验日期: 2014-05-06

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量( $\text{CH}_3\text{COONa}$ )	$\geq 99.0\%$	$\geq 98.5\%$	99.0%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	7.5~9.0	7.5~9.0	合格
澄清度试验	合格3#	合格5#	合格
水不溶物	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.005\%$
氯化物(Cl)	$\leq 0.002\%$	$\leq 0.005\%$	$< 0.002\%$
硫酸盐( $\text{SO}_4$ )	$\leq 0.003\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.003\%$
磷酸盐( $\text{PO}_4$ )	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$
镁(Mg)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$
铝(Al)	$\leq 0.001\%$	$\leq 0.002\%$	$< 0.001\%$
钙(Ca)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$
铁(Fe)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	$< 0.0005\%$
重金属(以Pb计)	$\leq 0.001\%$	$\leq 0.002\%$	$< 0.001\%$

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 林畅柔