



品 名： 钠石灰
批 号： 20200706
级 别： 指示剂
检验依据： Q/GHKJ 66-2017
分 子 式： --
分 子 量： --
检验日期： 2020-07-06

检验项目	指标	检验结果
硬度	合格	合格
干燥失量， %	≤ 15	<15
二氧化碳吸收率， %	≥ 25	<25
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 66-2017 检验,结果符合 指示剂 规定.

备注:

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 李利飞