



品 名： 六水合丁二酸钠
批 号： 20210203
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 176-2017
分 子 式： $C_4 H_4 Na_2 O_4 \cdot 6H_2 O$
分 子 量： 270.14
检验日期： 2021-02-03

检验项目	指标	检验结果
含量($C_4 H_4 Na_2 O_4 \cdot 6H_2 O$) , %	≥ 99.0	99.3
pH值(50g/L; 25°C)	7.5~8.5	合格
澄清度试验 , 号	≤ 3	<3
水不溶物 , %	≤ 0.01	<0.01
氯化物(Cl) , %	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO ₄) , %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO ₄) , %	≤ 0.001	<0.001
铵盐(NH ₄) , %	≤ 0.001	<0.001
铁(Fe) , %	≤ 0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计) , %	≤ 0.001	<0.001
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 176-2017 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥