



品 名: 乙腈
批 号: 20210821
级 别: 分析纯
检验依据: Q/GHKJ 85-2017
分 子 式: CH₃ CN
分 子 量: 41.05
检验日期: 2021-08-21

检验项目	指标	检验结果
含量(CH ₃ CN) , %	≥99.5	99.9
密度(20℃) , g/mL	0.781~0.783	合格
折光率(n ₂₀ /D)	1.343~1.346	合格
色度 , 黑曾单位	≤10	<10
与水混合试验	合格	合格
蒸发残渣 , %	≤0.01	<0.01
水分(H ₂ O) , %	≤0.3	<0.3
中性试验	合格	合格
氢氰酸(HCN)	合格	合格
还原高锰酸钾物质	合格	合格
以下空白		

结论: 本品按 Q/GHKJ 85-2017 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 徐佳璇